

حداکثر فاصله زمانی از نمونه گیری تا انجام تست در بخش بیوشیمی و سرولوژی و هورمون:

نمونه های بیوشیمی باید در ظرف یک ساعت سرم گیری شود و سرم جدا شود

حداکثر فاصله زمانی از نمونه گیری تا انجام تست در بخش هماتولوژی:

- نمونه های اگزالاته تا دو ساعت
- نمونه های PT, PTT نیم ساعت و بیشتر از یک ساعت غیر قابل اعتماد می باشد.
- نمونه های ESR دو ساعت
- نمونه های cell count سریعتر است تا نیم ساعت باشد ولی نباید بیشتر از یک ساعت طول بکشد.

حداکثر فاصله زمانی از نمونه گیری تا انجام تست در بخش پارازیتولوژی (انگل شناسی):

اگر در جای خنک نگهداری شود تا چند ساعت قابل بررسی می باشد.

حداکثر فاصله زمانی از نمونه گیری تا انجام تست در بخش میکروب شناسی:

تمام نمونه ها کمتر از یک ساعت باید کشت داده شود نمونه های CSF از نمونه گیری تا کشت بیشتر از نیم ساعت نشود.

حداکثر فاصله زمانی از نمونه گیری تا انجام تست در بخش تجزیه ادرار:

- نمونه های ادرار تا یکساعت بعد از نمونه گیری باید انجام شود (در دمای اتاق).
- ولی در صورت نگهداری در یخچال حداکثر ۳ ساعت آزمایش لازم انجام شود.